

# Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 09:41

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-122-УХЛЗ.1-IP68-0,1-10,0 МПа-0555-0050-Ex-M20x1,5-PFA-П68 | <b>Модель:</b> 122  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛЗ.1 (группа исполнения С4)                              |
|   | <b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений                                    |
|   | <b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b> 10,0 МПа                               |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0,5 - 5,5 В (0555)  |
|   | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> 0...+50 °С (0050)                    |
|   | <b>Специальное исполнение:</b> Exia по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 ( Ex )         |
|   | <b>Механическое присоединение к процессу:</b> M20x1,5                                       |
|   | <b>Материал уплотнения:</b> PFA   |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> кабельный вывод IP68 с указанием длины в метрах ( П68 ) |
|   | <b>Госповерка:</b> без госповерки ( - )   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP68 по ГОСТ 14254-96  |
|   | <b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09  |