

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:47



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Датчик Метран-55-Ех-ДА-505-К-МП-t10-015-0,25 МПа-42-С/КБуст-QM | <p data-bbox="671 181 1142 253"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 376"><b>Модель</b><br/>505</p> <p data-bbox="671 427 1107 499"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b><br/>0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 745"><b>Предел измерений</b><br/>0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032"><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1474 1196"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p data-bbox="671 1247 1382 1359"><b>Измеряемая среда</b><br/>газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1411 1161 1482"><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1534 1070 1606"><b>Свидетельство о поверке</b><br/>С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1657 1083 1729"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1780 1072 1852"><b>Маркировочная табличка</b><br/>Без таблички</p> <p data-bbox="671 1904 1098 1975"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Абсолютное</p> <p data-bbox="671 2027 930 2098"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 2150 802 2222"><b>Питание</b><br/>12...42 В</p> |