

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:44



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДИВ-535-МП-t10-025-2,4 МПа-05-С/-QM-ST	<p data-bbox="671 181 1142 253"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 376"><b>Модель</b> 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 499"><b>Климатическое исполнение</b> У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745"><b>Предел измерений</b> (-0,06...2,4) МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 963 1155"><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1207 1161 1279"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1330 1070 1402"><b>Свидетельство о поверке</b> С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1453 1085 1525"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1576 1074 1648"><b>Маркировочная табличка</b> с табличкой</p> <p data-bbox="671 1700 1171 1771"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1823 930 1895"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1946 804 2018"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2069 1182 2141"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2192 1206 2240"><b>Температура окружающей среды</b> -40...+70°С</p>