

# Спецификация

Сформировано: 31.05.2026 17:46

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Манометр ДМ2005Сг-У2-4 МПа-1.0-<br>V-ЭКМ-IP53-K1/2-П.П.Пас.-Свидет. | <b>Тип изделия:</b> Манометр  |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм  |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> 0...4 МПа  |
|   | <b>Класс точности:</b> 1.0  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP53   |
|   | <b>Фланец:</b> Без фланца   |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное   |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> K1/2   |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> базовое  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> У2   |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+70°C  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+70°C  |
|   | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания   |
|   | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения  |
|   | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты  |
|   | <b>Демпфер:</b> Без демпфера  |
|   | <b>Исполнение сигнализирующего устройства:</b> Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V) |
|   | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки   |
|   | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички  |
|   | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки   |
|   | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> С отметкой                          |
|   | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки   |
|   | <b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством  |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав  |
|   | <b>Стекло:</b> Органическое; Литое  |
|   | <b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железоникелевый сплав   |
|   | <b>Держатель:</b> Медный сплав; Сталь   |

| Наименование | Параметры   |
|--------------|---|
|              | <b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП        |
|              | <b>Виброзащита:</b> L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)         |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                         |
|              | <b>Питание:</b> 220 / 380   |
|              | <b>Магнитное поджатие:</b> Без магнитного поджатия                  |
|              | <b>Исполнение ЭКМ:</b> Сигнализирующее устройство перед циферблатом |
|              | <b>ТУ:</b> 4212-040-00225590-2001                                   |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                      |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |