

Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 05:07

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Манометр ДМ5001Е-У2-160 кПа-42-24 В-G1/2-Пл.-П.П.С. | Тип изделия: Манометр |
| | Диаметр корпуса: 100 мм |
| | Модификация: Цифровой манометр с токовым выходом |
| | Диапазон показаний: 0...160 кПа |
| | Основная погрешность: 1% |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Измеряемая среда: базовое |
| | Конструктивное исполнение: Радиальный штуцер без фланца |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА |
| | Тип индикаторного устройства: Светодиодный индикатор |
| | Интерфейс: Без интерфейса |
| | Питание: 24 В |
| | Материал корпуса: Алюминиевый сплав |
| | Присоединительная резьба: G1/2-В |
| | Пломбировка: С пломбировкой |
| | Пломба навесная: Без навесной пломбы |
| | Климатическое исполнение: У2 |
| | Температура окружающей среды: -40...+50°C |
| | Обезжиривание: Без обезжиривания |
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| Табличка позиционного обозначения: Без таблички | |
| Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: С отметкой | |
| Поверка ЦСМ: Без поверки | |
| Свидетельство о поверке: Без свидетельства | |
| Держатель: Латунь | |
| Виброзащита: N2 (от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм) | |

| Наименование | Параметры |
|--------------|---|
| | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | ТУ: 311-00225590.022-94 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |