

# Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 08:26

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Манометр ДМ5012Сг-160-У3.1-4<br>МПа-1.0-Д-G1/2-П.П.С. | <b>Тип изделия:</b> Манометр  |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм  |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> 0...4 МПа  |
|   | <b>Класс точности:</b> 1.0  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP53   |
|   | <b>Фланец:</b> Задний   |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное   |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В   |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> Жидкость   |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+70°C  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+60°C  |
|   | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания   |
|   | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения  |
|   | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты  |
|   | <b>Демпфер:</b> С демпфером   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> У3.1   |
|   | <b>Исполнение сигнализирующего устройства:</b><br>Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной<br>возможностью перенастройки потребителем |
|   | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки   |
|   | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички  |
|   | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> С отметкой  |
|   | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение<br/>номера:</b> Без отметки   |
|   | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки   |
|   | <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав  |
|   | <b>Стекло:</b> Литое  |
|   | <b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железникелевый<br>сплав   |

| Наименование | Параметры  |
|--------------|--|
|              | <b>Держатель:</b> Медный сплав                               |
|              | <b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
|              | <b>Виброзащита:</b> L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)  |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                  |
|              | <b>Питание:</b> 24...27 В                                    |
|              | <b>ТУ:</b> 4212-057-00225590-2009                            |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                               |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 25.51.52.130                                  |