

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:14

Наименование	Параметры
Манометр МПЗ-УУ2-0,6 МПа-1.0-Ф-ОШ-IP42-M20x1,5-Э	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 914 499">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 551 930 622">Степень защиты IP42</p> <p data-bbox="671 674 815 745">Фланец Передний</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1102 992">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1107 1115">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1238">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1290 1206 1361">Температура окружающей среды -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1413 954 1485">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1536 876 1608">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1659 1198 1731">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1783 919 1854">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 1254 1977">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2029 1305 2101">Отметка о первичной поверке на стекле Без отметки</p> <p data-bbox="671 2152 1169 2224">Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера Без отметки</p>