

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:42

Наименование	Параметры
Манометр МПЗ-УУ2-0,6 МПа-1.0-Ац-IP42-M20x1,5-Э	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 495">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 551 927 618">Степень защиты IP42</p> <p data-bbox="671 674 839 741">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1234">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1290 1206 1357">Температура окружающей среды -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1413 951 1480">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1536 871 1603">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1659 1198 1727">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1783 919 1850">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 1254 1973">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2029 1302 2096">Отметка о первичной поверке на стекле Без отметки</p> <p data-bbox="671 2152 1166 2219">Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера Без отметки</p>