

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:02

Наименование	Параметры
Манометр МПЗ-УУ2-100 кПа-1.5-Ац-ОШ-IP42-G1/2-Свидет.-Э	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...100 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP42</p> <p data-bbox="671 797 839 869">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1238">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1361">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1485">Температура окружающей среды -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 954 1608">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 876 1731">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1854">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 919 1977">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 1254 2101">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2152 1305 2224">Отметка о первичной поверке на стекле Без отметки</p>