

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 10:36

Наименование	Параметры
Манометр МПЗ-УУ2-400 кПа-1.5-Ф-ОШ-IP42-G1/2-Свидет.-Э	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...400 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP42</p> <p data-bbox="671 797 815 864">Фланец Передний</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1234">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480">Температура окружающей среды -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 954 1603">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 876 1727">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1850">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 919 1973">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 1254 2096">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2152 1302 2219">Отметка о первичной поверке на стекле Без отметки</p>