

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 01:36

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-2,5 МПа-1.0-IP65-М20х1,5-Безоп.стекло100-УПД-Заполн.-Пл.С	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 826 501">0...2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 730 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1118 831">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 837 1134 871">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 954">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 960 967 994">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1084 788 1117">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 783 1200">Стекло</p> <p data-bbox="671 1207 836 1240">Безопасное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1323">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1330 943 1364">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1447">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1453 1035 1487">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1570">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1576 1198 1610">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 951 1693">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1700 971 1733">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1783 884 1816">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1823 919 1856">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 943 1939">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1946 963 1980">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2063">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 2069 743 2103">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2186">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2192 847 2226">-50...+100°C</p>