

# Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 00:14

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-Ф-Д-IP54-G1/2-В-Безоп.стекло100-УПД-Черта-Обезж.-Пл.С-Табл.-ЦСМ-П.П.Пас.	<b>Тип изделия:</b> Манометр
	<b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм
	<b>Диапазон показаний:</b> 0...100 кгс/см <sup>2</sup>
	<b>Класс точности:</b> 1.0
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В
	<b>Стекло:</b> Безопасное
	<b>Корректор "0":</b> Без корректора "0"
	<b>Контрольная стрелка:</b> Без контрольной стрелки
	<b>Указатель предельного давления на стекле:</b> С указателем предельного давления
	<b>Гидрозаполнение:</b> Без гидрозаполнения
	<b>Пломбировка:</b> Без пломбировки
	<b>Пломба навесная:</b> С навесной пломбой
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+100°C
	<b>Температура окружающей среды:</b> -70...+60°C
	<b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием
	<b>Демпфер:</b> С демпфером
	<b>Технологическая черта на шкале:</b> С чертой
	<b>Табличка позиционного обозначения:</b> С табличкой
	<b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки
	<b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> С отметкой
	<b>Поверка ЦСМ:</b> С поверкой
	<b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства
	<b>Трубчатая пружина:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Держатель:</b> Нержавеющая сталь

Наименование	Параметры
	<b>Механизм:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное
	<b>Конструктивное исполнение:</b> Радиальный штуцер с задним фланцем
	<b>Степень защиты:</b> IP54
	<b>ТУ:</b> 25-7329.002-96
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130