

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 14:00

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Манометр технический МП4-УУ2-40 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-Обезж.-Д-IP54-Ст-G1/2-П.П.Пас.-Пл.-Черта | <b>Тип изделия:</b> Манометр   |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм   |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> 0...40 кгс/см <sup>2</sup>                        |
|   | <b>Класс точности:</b> 1.0   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP54  |
|   | <b>Фланец:</b> без фланца  |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное                                      |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В                                      |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> Жидкость  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> У2  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C                            |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -30...+60°C                             |
|   | <b>Обезжиривание:</b> с обезжириванием                                       |
|   | <b>Демпфер:</b> с демпфером  |
|   | <b>Технологическая черта на шкале:</b> с чертой                              |
|   | <b>Пломбировка:</b> пломбировка навесной пломбой                             |
|   | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> без таблички                       |
|   | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> без отметки                    |
|   | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> с отметкой |
|   | <b>Поверка ЦСМ:</b> без поверки  |
|   | <b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства                            |
|   | <b>Материал корпуса:</b> сталь   |
|   | <b>Стекло:</b> Оконное   |
|   | <b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железоникелевый сплав                |
|   | <b>Держатель:</b> Медный сплав; Сталь  |
|   | <b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП                 |

| Наименование | Параметры  |
|--------------|--|
|              | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения   |
|              | <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                |
|              | <b>ТУ:</b> 25-02.180335-84                                 |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                             |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 25.51.52.130                                |