

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 09:43



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| <p>Манометр МТПСд-100-ОМ2-600<br/>кгс/см<sup>2</sup>-1.0-Ф-G1/2-Пл.-Табл.-П.П.С.-<br/>ЦСМ-П.П.Пас.-Свидет.-Э</p> | <p><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b><br/>0...600 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IPX4D</p> <p><b>Фланец</b><br/>Задний</p> <p><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-B</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>ОМ2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+65°C</p> <p><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>В экспортном исполнении</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>Без черты</p> <p><b>Пломбировка</b><br/>С пломбировкой</p> <p><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>С табличкой</p> <p><b>Отметка о первичной поверке на стекле</b><br/>С отметкой</p> |