

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:57



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-321Т.10 (0-0,25 МПа) G1/4.1,5	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> 0...0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 674 927 741"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864"><b>Расположение штуцера</b> Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1102 987"><b>Присоединительная резьба</b> G1/4</p> <p data-bbox="671 1043 1342 1111"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1358 1234"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 967 1480"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 871 1603"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850"><b>Гидрозаполнение</b> Глицерин</p> <p data-bbox="671 1906 1142 1973"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 2029 855 2096"><b>Байонет</b> без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 1054 2219"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p>