

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 15:27



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-520ТЭКТ.10 (0-0,16 МПа) М20х1,5.1,0 IP66	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> 0...0,16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b> 1,0</p> <p data-bbox="671 674 1102 741"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 797 1342 864"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 920 1358 987"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1111"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1167 871 1234"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 975 1357"><b>Материал штуцера</b> Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1110 1480"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1603"><b>Гидрозаполнение</b> Глицерин</p> <p data-bbox="671 1659 1142 1727"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1190 1850"><b>Расположение штуцера</b> Эксцентрическое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1906 927 1973"><b>Степень защиты</b> IP66</p> <p data-bbox="671 2029 1062 2096"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 871 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>