

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 07:19

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2005Сг-У2-0,9 МПа-1.0-V-IP54-G1/2-Свидет.	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -0,1...0,9 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 852 871">Фланец Отсутствует</p> <p data-bbox="671 920 1046 994">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 963 1240">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1487">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1610">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 956 1733">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1083 1856">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 879 2103">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1474 2226">Исполнение сигнализирующего устройства Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p>