# Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 15:56

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Мановакуумметр ДА2005Сг-У2-500 кПа-1.0-III-IP54-M20x1,5-Безоп.стекло160-Черта-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет. | **Тип изделия**: Мановакуумметр |
| | **Диаметр корпуса**: 160 мм |
| | **Диапазон показаний**: -100...500 кПа |
| | **Класс точности**: 1.0 |
| | **Степень защиты**: IP54 |
| | **Фланец**: Отсутствует |
| | **Расположение штуцера**: Радиальное |
| | **Присоединительная резьба**: M20x1,5 |
| | **Измеряемая среда**: базовое |
| | **Климатическое исполнение**: У2 |
| | **Температура измеряемой среды**: -50...+70°C |
| | **Температура окружающей среды**: -60...+70°C |
| | **Обезжиривание**: Без обезжиривания |
| | **Экспортное исполнение**: Без экспортного исполнения |
| | **Технологическая черта на шкале**: С чертой |
| | **Демпфер**: Без демпфера |
| | **Исполнение сигнализирующего устройства**: Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный (III) |
| | **Пломбировка**: Без пломбировки |
| | **Табличка позиционного обозначения**: Без таблички |
| | **Отметка о первичной поверке на стекле**: С отметкой |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: С отметкой |
| | **Поверка ЦСМ**: Без поверки |
| | **Свидетельство о поверке**: С свидетельством |
| | **Материал корпуса**: Нержавеющая сталь |
| | **Стекло**: Безопасное |
| | **Трубчатая пружина**: Медный сплав; Железноникелевый сплав |

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| | **Держатель**: Медный сплав |
| | **Механизм**: Медный сплав; Нержавеющая сталь |
| | **Виброзащита**: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| | **Тип измеряемого давления**: Избыточное и вакуумметрическое |
| | **Питание**: 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) - для цепей переменного тока; 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110В) - для цепей постоянного тока |
| | **Магнитное поджатие**: Без магнитного поджатия |
| | **Разъем**: Задний кабельный ввод |
| | **ТУ**: 4212-040-00225590-2001 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026204000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |