

# Спецификация

Сформировано: 13.06.2026 16:52

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Мановакуумметр ДА5012Сг-160-Т3-24 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-Д-М20х1,5-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет. | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр   |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм   |
|  | <b>Диапазон показаний:</b> -1...24 кгс/см <sup>2</sup>   |
|  | <b>Класс точности:</b> 1.0   |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP53  |
|  | <b>Фланец:</b> Задний  |
|  | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное  |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> М20х1,5   |
|  | <b>Измеряемая среда:</b> Газ, пар  |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> Т3  |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+70°C   |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -5...+60°C  |
|  | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания  |
|  | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения   |
|  | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты   |
|  | <b>Демпфер:</b> С демпфером  |
|  | <b>Исполнение сигнализирующего устройства:</b><br>Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем |
|  | <b>Пломбировка:</b> без пломбировки  |
|  | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички   |
|  | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> С отметкой   |
|  | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> С отметкой   |
|  | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки  |
|  | <b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством   |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав   |
|  | <b>Стекло:</b> Литое   |
|  | <b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железникелевый сплав   |

| Наименование | Параметры   |
|--------------|---|
|              | <b>Держатель:</b> Медный сплав                                  |
|              | <b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП    |
|              | <b>Виброзащита:</b> L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)     |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное и вакуумметрическое |
|              | <b>Питание:</b> 24...27 В                                       |
|              | <b>ТУ:</b> 4212-057-00225590-2009                               |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                  |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 25.51.52.130                                     |