

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 12:04

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА5012Сг-ТЗ-9 кгс/см ² -1.0-Д-G1/2-Черта-П.П.С.	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -1...9 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 796 871">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 994">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240">Измеряемая среда Газ, пар</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364">Климатическое исполнение ТЗ</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1487">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1610">Температура окружающей среды -5...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 956 1733">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1086 1856">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 868 2103">Демпфер С демпфером</p> <p data-bbox="671 2152 1422 2237">Исполнение сигнализирующего устройства Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p>