

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:00

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗ-УТ2-60 кПа-1.5-Ац-Ф-ОШ-Д-IP53-Ал-G1/2-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -100...60 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 815 871">Фланец Передний</p> <p data-bbox="671 920 1046 994">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1240">Климатическое исполнение Т2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1364">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1413 1203 1487">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 954 1610">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 868 1733">Демпфер С демпфером</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1856">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 919 1980">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 1254 2103">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2152 1302 2226">Отметка о первичной поверке на стекле Без отметки</p>