

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:10



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-0,9 МПа-1.0-IP65-G1/2-В-Заполн.-Пл.С	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 916 250">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 374">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 863 497">-0,1...0,9 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 715 620">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 703"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 730 743">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1118 826"><b>Конструктивное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 837 1134 866">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 949"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 960 968 990">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1072"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1084 767 1113">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 783 1196"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1207 842 1236">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1319"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1330 943 1359">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1442"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1453 1034 1482">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1565"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1576 1209 1606">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 951 1688"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1700 970 1729">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1783 884 1812"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1823 916 1852">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 943 1935"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1946 963 1975">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2058"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 2069 746 2098">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2181"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 2192 847 2222">-50...+100°C</p>