

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:00

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-0,9 МПа-1.0-IP65-G1/2-B-Контр.стр	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 224 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 347 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 470 863 501">-0,1...0,9 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 582">Класс точности</p> <p data-bbox="671 593 719 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 705">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 716 735 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1118 828">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 840 1134 871">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 952">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 963 967 994">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1075">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1086 767 1117">G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 783 1198">Стекло</p> <p data-bbox="671 1209 842 1240">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1321">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1332 943 1364">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1444">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1456 1023 1487">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1568">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1579 1209 1610">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 951 1691">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1702 979 1733">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1783 884 1814">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1825 916 1856">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 943 1937">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1948 979 1980">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2060">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 2072 743 2103">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2184">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2195 847 2226">-50...+100°C</p>