

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:31



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-500 кПа-1.0-Ф-IP65-G1/2-В-Корр-Контр.стр-Заполн.-Пл.С	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 873 501">-100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 715 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 703"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 719 730 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 963 826"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 842 968 871">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 949"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 965 762 994">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1043 783 1072"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1088 842 1117">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 895 1196"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1211 932 1240">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1007 1319"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1335 1023 1364">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1362 1442"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1458 1209 1487">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 951 1565"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1581 971 1610">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 884 1688"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1704 920 1733">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1812"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1827 963 1856">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1935"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1951 746 1980">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2058"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 2074 847 2103">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2181"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2197 831 2226">-70...+60°C</p>