

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 07:10

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-500 кПа-1.0-IP54-G1/2-B-Корр-Контр.стр-УПД-Пл.С	<p data-bbox="671 181 868 210">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 873 501">-100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 715 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 1118 703">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 719 1134 748">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 797 963 826">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 842 968 871">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 949">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 965 767 994">G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1043 783 1072">Стекло</p> <p data-bbox="671 1088 842 1117">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 895 1196">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1211 932 1240">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1011 1319">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1335 1023 1364">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1362 1442">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1458 1203 1487">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 951 1565">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1581 979 1610">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 884 1688">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1704 920 1733">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1812">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1827 963 1856">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1935">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1951 746 1980">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2058">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2074 852 2103">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2181">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2197 836 2226">-70...+60°C</p>