

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:17

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-300 кПа-1.0-IP65-K1/2-Корр-Контр.стр	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 916 257">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 772 380">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 873 504">-100...300 кПа</p> <p data-bbox="671 551 912 582">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 719 627">1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 705">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 719 735 750">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1118 828">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 842 1134 873">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 952">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 965 968 996">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1075">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1088 735 1120">K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 783 1198">Стекло</p> <p data-bbox="671 1211 842 1243">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1321">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1335 936 1366">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1011 1444">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1458 1023 1489">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1568">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1581 1211 1612">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 952 1691">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1704 981 1736">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1783 884 1814">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1827 919 1859">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 943 1937">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1951 981 1982">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2060">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 2074 743 2105">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2184">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2197 850 2228">-50...+100°C</p>