

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 07:10

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4А-Кс-500 кПа-1.0-IP53-G1/2-В-Контр.стр-УПД-Пл.С-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 210">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 916 250">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 374">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 873 497">-100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 715 620">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 703">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 730 743">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 826">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 837 1134 866">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 949">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 960 963 990">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1072">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1084 767 1113">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 783 1196">Стекло</p> <p data-bbox="671 1207 842 1236">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1319">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1330 943 1359">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1442">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1453 1023 1482">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1565">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1576 1198 1606">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 884 1688">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1700 916 1729">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1812">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1823 963 1852">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1935">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1946 746 1975">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2058">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2069 847 2098">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2181">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2192 831 2222">-70...+60°C</p>