

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 20:27

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Мановакуумметр МВП4А-Кс-150 кПа-1.0-IP53-G1/2-В-Контр.стр-УПД-Черта-П.П.Пас.-Свидет. | <p data-bbox="671 181 868 210">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 772 378">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 873 501">-100...150 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 715 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 703">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 719 730 748">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 826">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 842 1134 871">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 949">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 965 963 994">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1072">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1088 767 1117">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 783 1196">Стекло</p> <p data-bbox="671 1211 842 1240">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1319">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1335 943 1364">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1442">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1458 1023 1487">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1565">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1581 1198 1610">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 884 1688">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1704 916 1733">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1812">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1827 979 1856">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1935">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1951 746 1980">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2058">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2074 847 2103">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2181">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2197 831 2226">-70...+60°C</p> |