# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 00:56

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Мановакуумметр МВП4А-Кс-24 кгс/см2-1.0-IP53-К1/2-Корр-УПД-Черта-Обезж.-Пл.-П.П.С.-ЦСМ | **Тип изделия**: Мановакуумметр |
| | **Диаметр корпуса**: 160 мм |
| | **Диапазон показаний**: -1...24 кгс/см2 |
| | **Класс точности**: 1.0 |
| | **Степень защиты**: IP53 |
| | **Конструктивное исполнение**: Радиальный штуцер без фланца |
| | **Материал корпуса**: Алюминиевый сплав |
| | **Присоединительная резьба**: К1/2 |
| | **Стекло**: Силикатное |
| | **Корректор "0"**: С корректором "0" |
| | **Контрольная стрелка**: Без контрольной стрелки |
| | **Указатель предельного давления на стекле**: С указателем предельного давления |
| | **Пломбировка**: С пломбировкой |
| | **Пломба навесная**: Без навесной пломбы |
| | **Климатическое исполнение**: УХЛ1 |
| | **Температура измеряемой среды**: -50...+100°С |
| | **Температура окружающей среды**: -70...+60°С |
| | **Обезжиривание**: С обезжириванием |
| | **Демпфер**: Без демпфера |
| | **Технологическая черта на шкале**: С чертой |
| | **Табличка позиционного обозначения**: Без таблички |
| | **Отметка о первичной поверке на стекле**: С отметкой |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: Без отметки |
| | **Поверка ЦСМ**: С поверкой |
| | **Свидетельство о поверке**: Без свидетельства |
| | **Трубчатая пружина**: Железоникелевый сплав |

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| | **Держатель**: Нержавеющая сталь |
| | **Механизм**: Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав |
| | **Виброзащита**: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| | **Тип измеряемого давления**: Избыточное и вакуумметрическое |
| | **ТУ**: 25-7329.002-96 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026204000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |