

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:48



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4А-Кс-2,4 МПа-1.0-IP53-К1/2-Пл.-Пл.С	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 224 916 253">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 347 772 376">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 470 863 499">-0,1...2,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 593 715 622">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 703"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 716 730 745">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 826"><b>Конструктивное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 840 1134 869">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 949"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 963 963 992">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1072"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1086 735 1115">К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 783 1196"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1209 842 1238">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1319"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1332 943 1361">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1442"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1456 1034 1485">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1565"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1579 1209 1608">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 884 1688"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1702 906 1731">С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1783 943 1812"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1825 963 1854">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1935"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1948 746 1977">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2058"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 2072 847 2101">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2181"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2195 831 2224">-70...+60°C</p>