

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:32



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4А-Кс-2,4 МПа-1.0-IP53-К1/2-П.П.С.	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 916 250">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 374">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 863 497">-0,1...2,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 715 620">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 703"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 730 743">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 826"><b>Конструктивное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 837 1134 866">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 959 949"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 960 963 990">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1072"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1084 735 1113">К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 783 1196"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1207 842 1236">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1319"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1330 943 1359">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1442"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1453 1034 1482">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1565"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1576 1209 1606">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 879 1688"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1700 916 1729">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1812"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1823 979 1852">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1935"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1946 740 1975">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1177 2058"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 2069 847 2098">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2181"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2192 831 2222">-70...+60°C</p>