

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:42

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВТПСд-100-ОМ2-150 кПа-1.0-К1/2-П.П.С.	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -100...150 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IPX4D</p> <p data-bbox="671 797 839 871">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 994">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1240">Климатическое исполнение ОМ2</p> <p data-bbox="671 1290 1426 1397">Температура измеряемой среды до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p data-bbox="671 1447 1203 1520">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1570 956 1644">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1693 1083 1767">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1816 1198 1890">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1939 919 2013">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2063 1254 2136">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2186 1307 2240">Отметка о первичной поверке на стекле С отметкой</p>