# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 15:50

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Мановакуумметр МВТПСд-100-ОМ2-1,5 МПа-1.0-R502-G1/2-Свидет. | **Тип изделия**: Мановакуумметр |
| | **Диаметр корпуса**: 100 мм |
| | **Диапазон показаний**: -0,1...1,5 МПа |
| | **Класс точности**: 1.0 |
| | **Степень защиты**: IPX4D |
| | **Фланец**: Без фланца |
| | **Расположение штуцера**: Радиальное |
| | **Присоединительная резьба**: G1/2-B |
| | **Измеряемая среда**: Хладон 502 |
| | **Климатическое исполнение**: ОМ2 |
| | **Температура измеряемой среды**: до 60°С, свыше 60°С-с применением охладительных устройств |
| | **Температура окружающей среды**: -60...+65°С |
| | **Обезжиривание**: Без обезжиривания |
| | **Экспортное исполнение**: Без экспортного исполнения |
| | **Технологическая черта на шкале**: Без черты |
| | **Пломбировка**: Без пломбировки |
| | **Табличка позиционного обозначения**: Без таблички |
| | **Отметка о первичной поверке на стекле**: Без отметки |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: Без отметки |
| | **Поверка ЦСМ**: Без поверки |
| | **Свидетельство о поверке**: С свидетельством |
| | **Материал корпуса**: Алюминиевый сплав |
| | **Стекло**: Силикатное |
| | **Трубчатая пружина**: Медный сплав; Железноникелевый сплав |
| | **Держатель**: Медный сплав |
| | **Механизм**: Медный сплав; Железноникелевый сплав |

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| | **Виброзащита**: выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 30 Гц с амплитудой до 0,25 мм |
| | **Тип измеряемого давления**: Избыточное и вакуумметрическое |
| | **ТУ**: 25.02.1946-76 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026204000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |