

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 19:55



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-321Т.10 (-0,1-0,5 МПа) М12х1,5.1,5 Байонет	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -0,1...0,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871"><b>Расположение штуцера</b> Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1102 994"><b>Присоединительная резьба</b> М12х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1342 1117"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1358 1240"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 967 1487"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 871 1610"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1733"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1856"><b>Гидрозаполнение</b> Глицерин</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1980"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 2029 799 2103"><b>Байонет</b> Байонет</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2226"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p>