# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 15:50

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Вакуумметр ДМ5001Г-У2-(-1...0) кгс/см2-Ф-05-RS-232-24 В-G1/2-Обезж.-Табл.-П.П.С.-ЦСМ-Свидет.-Э | **Тип изделия**: Вакуумметр |
| | **Диаметр корпуса**: 100 мм |
| | **Модификация**: Цифровой вакуумметр с токовым выходом и сигнализирующим устройством для управления внешними цепями |
| | **Диапазон показаний**: -1...0 кгс/см2 |
| | **Основная погрешность**: 1% |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Измеряемая среда**: базовое |
| | **Конструктивное исполнение**: Радиальный штуцер с задним фланцем |
| | **Выходной сигнал**: 0...5 мА |
| | **Тип индикаторного устройства**: Светодиодный индикатор |
| | **Интерфейс**: С цифровым интерфейсом RS-232 |
| | **Питание**: 24 В |
| | **Материал корпуса**: Алюминиевый сплав |
| | **Присоединительная резьба**: G1/2-В |
| | **Пломбировка**: Без пломбировки |
| | **Пломба навесная**: Без навесной пломбы |
| | **Климатическое исполнение**: У2 |
| | **Температура окружающей среды**: -40...+50°С |
| | **Обезжиривание**: С обезжириванием |
| | **Экспортное исполнение**: В экспортном исполнении |
| | **Табличка позиционного обозначения**: С табличкой |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: С отметкой |
| | **Поверка ЦСМ**: С поверкой |
| | **Свидетельство о поверке**: С свидетельством |
| | **Держатель**: Латунь |

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| | **Виброзащита**: N2 (от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм) |
| | **Тип измеряемого давления**: Вакуумметрическое |
| | **ТУ**: 311-00225590.022-94 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026204000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |