# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 15:50

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Вакуумметр ДМ5001Е-Т2-(-100...0) кПа-05-24 В-G1/2-Пл.-Пл.С-Табл. | **Тип изделия**: Вакуумметр |
| | **Диаметр корпуса**: 100 мм |
| | **Модификация**: Цифровой вакуумметр с токовым выходом |
| | **Диапазон показаний**: -100...0 кПа |
| | **Основная погрешность**: 1% |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Измеряемая среда**: базовое |
| | **Конструктивное исполнение**: Радиальный штуцер без фланца |
| | **Выходной сигнал**: 0...5 мА |
| | **Тип индикаторного устройства**: Светодиодный индикатор |
| | **Интерфейс**: Без интерфейса |
| | **Питание**: 24 В |
| | **Материал корпуса**: Алюминиевый сплав |
| | **Присоединительная резьба**: G1/2-В |
| | **Пломбировка**: С пломбировкой |
| | **Пломба навесная**: С навесной пломбой |
| | **Климатическое исполнение**: Т2 |
| | **Температура окружающей среды**: -10...+60°С |
| | **Обезжиривание**: Без обезжиривания |
| | **Экспортное исполнение**: Без экспортного исполнения |
| | **Табличка позиционного обозначения**: С табличкой |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: Без отметки |
| | **Поверка ЦСМ**: Без поверки |
| | **Свидетельство о поверке**: Без свидетельства |
| | **Держатель**: Латунь |
| | **Виброзащита**: N2 (от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм) |

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| | **Тип измеряемого давления**: Вакуумметрическое |
| | **ТУ**: 311-00225590.022-94 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026204000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |