

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 18:05

| Наименование                                                             | Параметры                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вакуумметр ДВ2005Сг1ЕхКс-Т2-(-100...0)кПа-1.5-Зажим-V-K1/2-Табл.-Свидет. | <b>Тип изделия:</b> Вакуумметр                                                                       |
|                                                                          | <b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм                                                                       |
|                                                                          | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb                      |
|                                                                          | <b>Диапазон показаний:</b> -100...0 кПа                                                              |
|                                                                          | <b>Класс точности:</b> 1.5                                                                           |
|                                                                          | <b>Степень защиты:</b> IP54                                                                          |
|                                                                          | <b>Фланец:</b> Задний                                                                                |
|                                                                          | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное                                                              |
|                                                                          | <b>Присоединительная резьба:</b> K1/2                                                                |
|                                                                          | <b>Измеряемая среда:</b> базовое                                                                     |
|                                                                          | <b>Климатическое исполнение:</b> Т2                                                                  |
|                                                                          | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+70°C                                                     |
|                                                                          | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C                                                     |
|                                                                          | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания                                                              |
|                                                                          | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения                                             |
|                                                                          | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты                                                     |
|                                                                          | <b>Исполнение сигнализирующего устройства:</b> Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V) |
|                                                                          | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки                                                                  |
|                                                                          | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> С табличкой                                                |
|                                                                          | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                                            |
|                                                                          | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера:</b> Без отметки                         |
|                                                                          | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки                                                                      |
|                                                                          | <b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством                                                     |
|                                                                          | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав                                                           |
|                                                                          | <b>Стекло:</b> Органическое                                                                          |
|                                                                          | <b>Трубчатая пружина:</b> Железоникелевый сплав                                                      |

| Наименование | Параметры                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>Держатель:</b> Нержавеющая сталь                                                                                                                       |
|              | <b>Механизм:</b> Нержавеющая сталь                                                                                                                        |
|              | <b>Виброзащита:</b> L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)                                                                                               |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Вакуумметрическое                                                                                                        |
|              | <b>Питание:</b> 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) - для цепей переменного тока; 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110В) - для цепей постоянного тока |
|              | <b>Магнитное поджатие:</b> Без магнитного поджатия                                                                                                        |
|              | <b>Зажим:</b> Вводное устройство с хомутом (зажимом)                                                                                                      |
|              | <b>ТУ:</b> 4212-040-00225590-2001                                                                                                                         |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                                                                                                            |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                                                                                               |