

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:02

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2010Сг-У2-(-100...0)кПа-1.5-Д-III-IP54-M20x1,5-П.П.С.-П.П.Пас.-ЦСМ-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 798 864">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1357">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1727">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1083 1850">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 866 2096">Демпфер С демпфером</p> <p data-bbox="671 2152 1469 2237">Исполнение сигнализирующего устройства Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный (ш)</p>