

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:12

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2010Сг-У2-(-100...0)кПа-1.0-Д-V-G1/2-Черта-Пл.-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 255">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 748">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 796 871">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 994">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1487">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1610">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1733">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1083 1856">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 866 2103">Демпфер С демпфером</p> <p data-bbox="671 2152 1474 2226">Исполнение сигнализирующего устройства Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p>