

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 04:48

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2010СгКс-У2-(-100...0)кПа-1.5-V-IP54-K1/2-Черта-Пл.-Табл.-П.П.Пас.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 839 869">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1731">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1086 1854">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 879 2101">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1469 2224">Исполнение сигнализирующего устройства Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p>