# Спецификация

Сформировано: 13.06.2026 16:50

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Вакуумметр ДВ5012Сг-160-У3-(-100...0)кПа-1.5-К1/2-Обезж.-Пл.-П.П.С.-П.П.Пас.-ЦСМ-Свидет. | **Тип изделия**: Вакуумметр |
| | **Диаметр корпуса**: 160 мм |
| | **Диапазон показаний**: -100...0 кПа |
| | **Класс точности**: 1.5 |
| | **Степень защиты**: IP53 |
| | **Фланец**: Задний |
| | **Расположение штуцера**: Радиальное |
| | **Присоединительная резьба**: К1/2 |
| | **Измеряемая среда**: Газ,пар |
| | **Климатическое исполнение**: У3 |
| | **Температура измеряемой среды**: -50...+70°С |
| | **Температура окружающей среды**: -40...+60°С |
| | **Обезжиривание**: С обезжириванием |
| | **Экспортное исполнение**: Без экспортного исполнения |
| | **Технологическая черта на шкале**: Без черты |
| | **Демпфер**: Без демпфера |
| | **Исполнение сигнализирующего устройства**: Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем |
| | **Пломбировка**: С пломбировкой |
| | **Табличка позиционного обозначения**: Без таблички |
| | **Отметка о первичной поверке на стекле**: С отметкой |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: С отметкой |
| | **Поверка ЦСМ**: С поверкой |
| | **Свидетельство о поверке**: С свидетельством |
| | **Материал корпуса**: Алюминиевый сплав |
| | **Стекло**: Литое |
| | **Трубчатая пружина**: Медный сплав; Железноникелевый сплав |

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| | **Держатель**: Медный сплав |
| | **Механизм**: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
| | **Виброзащита**: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| | **Тип измеряемого давления**: Вакуумметрическое |
| | **Питание**: 24...27 В |
| | **ТУ**: 4212-057-00225590-2009 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026204000 |
| | **ОКПД 2**: 25.51.52.130 |