

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:37



Наименование	Параметры
Вакуумметр ТВ-520ТЭС.10 (-0,1-0 МПа) М20х1,5.1,0 IP66	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> -0,1...0 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1,0</p> <p data-bbox="671 674 1102 745"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 797 1342 869"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+60°С (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 920 1358 992"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°С (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1115"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1167 874 1238"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 975 1361"><b>Материал штуцера</b> Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1485"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1608"><b>Гидрозаполнение</b> Глицерин</p> <p data-bbox="671 1659 1145 1731"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1066 1854"><b>Расположение штуцера</b> Эксцентрическое со скобой</p> <p data-bbox="671 1906 930 1977"><b>Степень защиты</b> IP66</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>