

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:11



Наименование	Параметры
Вакуумметр ТВ-621Р.10 (-0,1-0 МПа) G1/2.1,0	<p data-bbox="671 181 868 255"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -0,1...0 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 624"><b>Класс точности</b> 1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 748"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 994"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2</p> <p data-bbox="671 1043 1342 1117"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1362 1240"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1487"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 871 1610"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1733"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1856"><b>Гидрозаполнение</b> Глицерин</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1980"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>