

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 21:55

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Вакуумметр ВПЗ-УТ2-(-100...0)кПа-1.5-Ац-Обезж.-ОШ-Д-IP53-Ал-G1/2-ЦСМ-П.П.Пас.-Свидет.-Пл.-Черта-Табл. | <b>Тип изделия:</b> Вакуумметр   |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм   |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> -100...0 кПа                                      |
|   | <b>Класс точности:</b> 1.5   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP53  |
|   | <b>Фланец:</b> Без фланца  |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Осевое  |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-B                                      |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> Т2  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C                            |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C                             |
|   | <b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием                                       |
|   | <b>Демпфер:</b> С демпфером  |
|   | <b>Технологическая черта на шкале:</b> С чертой                              |
|   | <b>Пломбировка:</b> С пломбировкой   |
|   | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> С табличкой                        |
|   | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                    |
|   | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> С отметкой |
|   | <b>Поверка ЦСМ:</b> С поверкой   |
|   | <b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством                             |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав                                   |
|   | <b>Стекло:</b> Силикатное  |
|   | <b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железоникелевый сплав                |
|   | <b>Держатель:</b> Медный сплав; Сталь  |
|   | <b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП                 |
|   | <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)                   |

| Наименование | Параметры  |
|--------------|--|
|              | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Вакуумметрическое       |
|              | <b>Измеряемая среда:</b> Ацетилен                        |
|              | <b>ТУ:</b> 25-02.180335-84                               |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                           |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 25.51.52.130                              |