

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 22:01

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВПЗ-УУ2-(-100...0)кПа-1.5-Ац-Обезж.-IP53-Ал-G1/2-ЦСМ-Свидет.-Черта	<p data-bbox="671 181 868 255">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 624">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 748">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 839 871">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 994">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1240">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1364">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1487">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 943 1610">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1659 876 1733">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1856">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 1906 919 1980">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 1254 2103">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2152 1302 2226">Отметка о первичной поверке на стекле Без отметки</p>