

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 09:40

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВПЗ-УУ2-(-100...0)кПа-1.0-Ац-Обезж.-ОШ-IP53-Ал-G1/2-ЦСМ-П.П.Пас.-Свидет.-Черта-Э	<p data-bbox="671 181 863 248">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 991 495">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 799 864">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1234">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 943 1603">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1659 871 1727">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1850">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 1906 919 1973">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 1254 2096">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2152 1302 2219">Отметка о первичной поверке на стекле Без отметки</p>