

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:03

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВПЗ-УУ2-(-100...0)кПа-1.0-R134а-Д-IP54-Ст-M20x1,5-П.П.Пас.-Пл.-Черта-Э	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 839 869">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1238">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1361">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1485">Температура окружающей среды -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 954 1608">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 866 1731">Демпфер С демпфером</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1854">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 1906 906 1977">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2029 1254 2101">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2152 1305 2224">Отметка о первичной поверке на стекле Без отметки</p>