

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 21:58

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВП4А-Кс-(-1...0)кгс/см <sup>2</sup> -1.0-Ф-IP53-K1/2-Корр-УПД-Обезж.-Пл.-ЦСМ-П.П.Пас.-Свидет.	<b>Тип изделия:</b> Вакуумметр
	<b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм
	<b>Диапазон показаний:</b> -1...0 кгс/см <sup>2</sup>
	<b>Класс точности:</b> 1.0
	<b>Степень защиты:</b> IP53
	<b>Конструктивное исполнение:</b> Радиальный штуцер с фланцем
	<b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав
	<b>Присоединительная резьба:</b> K1/2
	<b>Стекло:</b> Силикатное
	<b>Корректор "0":</b> С корректором "0"
	<b>Контрольная стрелка:</b> Без контрольной стрелки
	<b>Указатель предельного давления на стекле:</b> С указателем предельного давления
	<b>Пломбировка:</b> С пломбировкой
	<b>Пломба навесная:</b> Без навесной пломбы
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+100°C
	<b>Температура окружающей среды:</b> -70...+60°C
	<b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием
	<b>Демпфер:</b> Без демпфера
	<b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты
	<b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички
	<b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки
	<b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> С отметкой
	<b>Поверка ЦСМ:</b> С поверкой
	<b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством
	<b>Трубчатая пружина:</b> Железоникелевый сплав

Наименование	Параметры
	<b>Держатель:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Механизм:</b> Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав
	<b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	<b>Тип измеряемого давления:</b> Вакуумметрическое
	<b>ТУ:</b> 25-7329.002-96
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130