# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 23:32

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Вакуумметр ВП4А-Кс-(-100...0)кПа-1.0-Ф-Д-IP53-G1/2-В-Контр.стр-УПД-Табл.-П.П.Пас.-Свидет. | **Тип изделия**: Вакуумметр |
| | **Диаметр корпуса**: 160 мм |
| | **Диапазон показаний**: -100...0 кПа |
| | **Класс точности**: 1.0 |
| | **Степень защиты**: IP53 |
| | **Конструктивное исполнение**: Радиальный штуцер с фланцем |
| | **Материал корпуса**: Алюминиевый сплав |
| | **Присоединительная резьба**: G1/2-В |
| | **Стекло**: Силикатное |
| | **Корректор "0"**: Без корректора "0" |
| | **Контрольная стрелка**: С контрольной стрелкой |
| | **Указатель предельного давления на стекле**: С указателем предельного давления |
| | **Пломбировка**: Без пломбировки |
| | **Пломба навесная**: Без навесной пломбы |
| | **Климатическое исполнение**: УХЛ1 |
| | **Температура измеряемой среды**: -50...+100°С |
| | **Температура окружающей среды**: -70...+60°С |
| | **Обезжиривание**: Без обезжиривания |
| | **Демпфер**: С демпфером |
| | **Технологическая черта на шкале**: Без черты |
| | **Табличка позиционного обозначения**: С табличкой |
| | **Отметка о первичной поверке на стекле**: Без отметки |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: С отметкой |
| | **Поверка ЦСМ**: Без поверки |
| | **Свидетельство о поверке**: С свидетельством |
| | **Трубчатая пружина**: Железоникелевый сплав |

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| | **Держатель**: Нержавеющая сталь |
| | **Механизм**: Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав |
| | **Виброзащита**: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| | **Тип измеряемого давления**: Вакуумметрическое |
| | **ТУ**: 25-7329.002-96 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026204000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |